



**EG- Konformitätserklärung**  
**EC- Declaration of Conformity**  
**EC- Declaration de Conformity**

gültig bis:  
valid until:  
valable jusqu'au:

01.06.2024

**MEYRA GmbH**

Meyra-Ring 2  
32689 Kalletal-Kalldorf

**Single registration number: DE-MF-000005780**

erklärt, in alleiniger Verantwortung, dass das Medizinprodukt und seine Optionen  
declares, solely responsible, that the medical device and its options  
declare, en toute responsabilité, que le dispositif médical et ses options

**Modellnummer: 1.612**

**Modellname: iCHAIR MC3**

**BASIC UDI-DI: 40327662555487**

allen Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 und der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)  
mit deren Änderungen entspricht.

meets all requirements of the EC-Regulation 2017/745 and directive 2011/65/EU (RoHS)  
with their amendments.


remplit toutes les exigences du règlement EC 2017/745 et de la directive 2011/65/EU (RoHS)  
avec leurs amendements.

Die Klassifizierung in Klasse I erfolgte nach Anhang VIII Regel 1,13 der Verordnung.  
The product is classified in class I according to annex VIII rule 1,13 of the EC-Regulation  
Le produit est classé dans la classe I selon le annexe VIII règle 1,13 de la EC-règlement

Eine entsprechende technische Dokumentation wird zur Einsicht bereitgehalten.  
A corresponding technical documentation is available for examination.  
Une documentation technique s'y rapportant est tenue à disposition pour prise de  
connaissance.

Kalletal-Kalldorf, den 18.11.2021

Ort, Datum / Place, Date / Lieu, Date

  
Geschäftsleitung/ Management/ Direction